

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA AI control 1

MASERN/MEASLES IgG

virion \ serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS102G1 (CL0029)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS102G1 (CL0012)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL102G1 (CL0013)
IFU-Version / IFU version	8-19/07-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2020-02
Verfallsdatum / Expiry Date	2022-02-28
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	32,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	220 mg/L
Q(Alb)	$6,88 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	9,30 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	32,8 mg/L
Q(IgG)	$3,53 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 1
Zielwertbereich / Target Range	AI \geq 0,60 und / and \leq 1,40
Versions-Nr. / Version No.	2020 / 03 - 1



Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion \ Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

FB-IV-164 L