

# Analysenzertifikat Certificate of Analysis

**SERION KBR Zusatzreagenz** / CFT Supplementary Reagent  
**KOMPLEMENT** / COMPLEMENT

Best.-Nr. / Order no.	9001
Chargen-Nr. / Lot no.	KL0013
IFU-Version / IFU version	21-19/07-1
Verfallsdatum / Expiry Date	2030-01-31
Material / Material	Lyophilisiert mit Kaliumsulfat (2,5 %) und Borsäure (1%) zur Stabilisierung Lyophilized with potassium sulphate (2.5 %) and boric acid (1 %) for stabilization
Rekonstituierung / Reconstitution	1 ml Aqua dest.
Gebrauchsverdünnung / Working Dilution	1:50



Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 3045 0  
Fax +49 931 3045 100  
E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)  
Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)