


Analysenzertifikat Certificate of Analysis



virion\serion

SERION ELISA *control* ASPERGILLUS FUMIGATUS IgA

Artikelnr. / Article No.	BC132A
Chargen-Nr. / Lot No.	SHH.DF
Verfallsdatum / Expiry Date	2019-08
Zielwert / Target value	137 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	68,3 U/ml bis / to 273 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2017 / 09 - 1



Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany

Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: dialog@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar / Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Third Digit: Year of Production starting with 2010

FB-IV-160 H