

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA *control*

CANDIDA ANTIGEN

Artikelnr. / Article No.	BC200
Chargen-Nr. / Lot No.	SBI.CR
Herstelldatum / Manufacturing Date	2018-02
Verfallsdatum / Expiry Date	2020-02
Anwendung / Application	Gebrauchsfertig, bitte nicht kochen / Ready to use, please do not boil
Zielwert / target value	10,5 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	5,24 U/ml bis / to 20,9 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2018 / 03 - 1



Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) /

Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA *control*

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei
Januar

/ Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010

/ Third Digit: Year of Production starting with 2010

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: dialog@virion-serion.de

Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-203 D