



Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA *control* CANDIDA ANTIGEN

Artikelnr. / Article No.	BC200
Chargen-Nr. / Lot No.	CK0023
IFU-Version / IFU version	4-19/07-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2019-06
Verfallsdatum / Expiry Date	2021-06-30
Anwendung / Application	Gebrauchsfertig, bitte nicht kochen / Ready to use, please do not boil
Zielwert / target value	9,97 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	4,99 U/ml bis / to 19,9 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2020 / 05 - 1
gültig ab SERION ELISA antigen Kitcharge / valid from SERION ELISA antigen lot	EL0047



Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA classic/antigen Chargen-ID
(Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION
ELISA classic/antigen lot ID (letter "J" not used)
Erste Stelle / First Digit: ELISA
Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /
Second Digit: Year of Production starting with 2010
Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /
Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de