

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

SERION ELISA control
HERPES SIMPLEX VIRUS 1/2 IgA

Artikelnr. / Article No.	BC105A		
Chargen-Nr. / Lot No.	SKI.AX		
Herstelldatum / Manufacturing Date	2018-10		
Verfallsdatum / Expiry Date	2020-10		
Zielwert / Target value	60,1 U/ml		
Zielwertbereich / Target Range	30,1 U/ml	bis / to	120 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2018 / 10 - 1		



Bitte beachten / Please note
 Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) /
 Format of lot ID (letter "J" not used)
 Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA control
 Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei
 Januar
 / Second Digit: Month of Production starting with January
 Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010
 / Third Digit: Year of Production starting with 2010

Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion\Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-160 L