

**Analysenzertifikat**  
**Certificate of Analysis**

**SERION ELISA control**  
**HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IgG**

Artikelnr. / Article No.	BC1052G		
Chargen-Nr. / Lot No.	SDK.DA		
Herstelldatum / Manufacturing Date	2019-04		
Verfallsdatum / Expiry Date	2021-04		
Zielwert / Target value	331 U/ml		
Zielwertbereich / Target Range	166 U/ml	bis / to	661 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 05 - 1		



**Bitte beachten / Please note**  
 Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) /  
 Format of lot ID (letter "J" not used)  
 Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA control  
 Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei  
 Januar  
 / Second Digit: Month of Production starting with January  
 Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010  
 / Third Digit: Year of Production starting with 2010

Hersteller / Manufacturer:  
 Institut Virion\Serion GmbH  
 Friedrich-Bergius-Ring 19  
 D-97076 Würzburg  
 Germany  
 Tel. +49 931 3045 0  
 Fax +49 931 3045 100  
 E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)  
 Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

FB-IV-160 M