

## Analysenzertifikat Certificate of Analysis

### SERION ELISA *control* RÖTELN (RUBELLA) VIRUS IgM

Artikelnr. / Article No.	BC129M		
Chargen-Nr. / Lot No.	SCH.CB		
Herstelldatum / Manufacturing Date	2017-03		
Verfallsdatum / Expiry Date	2019-03		
Zielwert / Target value	8,28 U/ml		
Zielwertbereich / Target Range	4,14 U/ml	bis / to	16,5 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2018 / 10 - 1		
gültig ab SERION ELISA classic Kitcharge / valid from SERION ELISA classic lot	SKI.AS		



Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) /  
Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA *control*

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei  
Januar

/ Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010

/ Third Digit: Year of Production starting with 2010

Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 3045 0  
Fax +49 931 3045 100  
E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)  
Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

FB-IV-160 M