

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA *control*

RÖTELN (RUBELLA) VIRUS IgG

Artikelnr. / Article No.	BC129G		
Chargen-Nr. / Lot No.	SDK.AS		
Herstelldatum / Manufacturing Date	2019-04		
Verfallsdatum / Expiry Date	2021-04		
Zielwert / Target value	42,9 IU/ml		
Zielwertbereich / Target Range	21,5 IU/ml	bis / to	85,7 IU/ml
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 04 - 1		



Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) /
Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA *control*

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei
Januar

/ Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010

/ Third Digit: Year of Production starting with 2010

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: info@virion-serion.de

Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-160 M