



virion\serion

## Analysenzertifikat Certificate of Analysis

### SERION ELISA *control* Helicobacter pylori IgM

Artikelnr. / Article No.	BC118M
Chargen-Nr. / Lot No.	CL0160
IFU-Version / IFU version	6-20/11-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2020-12
Verfallsdatum / Expiry Date	2022-12-31
Zielwert / Target value	39,0 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	20 U/ml bis / to 78 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2021 / 04 - 1
gültig ab SERION ELISA <i>classic/antigen</i> Charge / valid from SERION ELISA <i>classic/antigen</i> lot	EM0105



Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /

Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /

Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)

Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

FB-IV-160 Q