



virion\serion

Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA *control* SARS-CoV-2 IgM

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Artikelnr. / Article No. | BC400M |
| Chargen-Nr. / Lot No. | CM0106 |
| IFU-Version / IFU version | 6-20/11-1 |
| Herstelldatum / Manufacturing Date | 2021-08 |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2023-08-31 |
| Zielwert / Target value | positiv / positive |
| Versions-Nr. / Version No. | 2021 / 08 - 1 |



Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /
Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /
Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: info@virion-serion.de

Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-160 Q