

# Analysenzertifikat

## Certificate of Analysis

**SERION ELISA AI control 2**

### Borrelia burgdorferi IgG

virion \ serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS121G2 (CM0025)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS121G2 (CM0017)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL121G2 (CM0016)
IFU-Version / IFU version	8-19/07-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2021-01
Verfallsdatum / Expiry Date	2023-01-31
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	28,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	302 mg/L
Q(Alb)	10,79 x 10 <sup>-3</sup>
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	21,00 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	42,0 mg/L
Q(IgG)	2,00 x 10 <sup>-3</sup>

Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution	Serum / Serum 1:400	Liquor / CSF 1:2
Alter des Patienten / Age of the patient	25 Jahre / years	
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 4,39	
Zielwertbereich / Target Range	AI ≥ 2,64 - ≤ 6,15	
Versions-Nr. / Version No.	2021 / 02 - 1	



Hersteller / Manufacturer:  
 Institut Virion \ Serion GmbH  
 Friedrich-Bergius-Ring 19  
 D-97076 Würzburg  
 Germany  
 Tel. +49 931 3045 0  
 Fax +49 931 3045 100  
 E-Mail: info@virion-serion.de  
 Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration