

Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION KBR Zusatzreagenz / CFT Supplementary Reagent
KOMPLEMENT / COMPLEMENT

Best.-Nr. / Order no.	9001
Chargen-Nr. / Lot no.	KM0039
IFU-Version / IFU version	21-19/07-1
Verfallsdatum / Expiry Date	2031-11-30
Material / Material	Lyophilisiert mit Kaliumsulfat (2,5 %) und Borsäure (1%) zur Stabilisierung Lyophilized with potassium sulphate (2.5 %) and boric acid (1 %) for stabilization
Rekonstituierung / Reconstitution	1 ml Aqua dest.
Gebrauchsverdünnung / Working Dilution	1:50



Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de