



virion\serion

Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA *control* Epstein-Barr Virus VCA IgG

Artikelnr. / Article No.	BC1361G
Chargen-Nr. / Lot No.	CL0156
IFU-Version / IFU version	6-20/11-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2020-11
Verfallsdatum / Expiry Date	2022-11-30
Zielwert / Target value	70,4 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	35,2 U/ml bis / to 140 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2021 / 12 - 1
gültig ab SERION ELISA Kit-Charge (Prüfdatum) / valid from SERION ELISA kit lot (date of control)	EM0252 (20.12.2021)



Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /
Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /
Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: info@virion-serion.de

Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-160 R