

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA AI control 2

Borrelia burgdorferi IgG

virion \ serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS121G2 (CN0018)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS121G2 (CN0005)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL121G2 (CN0004)
IFU-Version / IFU version	8-19/07-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2022-01
Verfallsdatum / Expiry Date	2024-01-31
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	35,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	255 mg/L
Q(Alb)	$7,29 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	20,00 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	17,0 mg/L
Q(IgG)	$0,85 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution	Serum / Serum 1:400	Liquor / CSF 1:2
Alter des Patienten / Age of the patient	35 Jahre / years	
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 3,51	
Zielwertbereich / Target Range	AI $\geq 2,11$ - $\leq 4,92$	
Versions-Nr. / Version No.	2022 / 02 - 1	



Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion \ Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA *classic* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration