

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION KBR Antigen / CFT Antigen CYTOMEGALOVIRUS

| | |
|--|---|
| Best.-Nr. / Order No. | 1130 |
| Chargen-Nr. / Lot No. | KN0008 |
| IFU-Version / IFU version | 22-20/02-1 |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2032-06-30 |
| Antigen / Antigen | Cytomegalovirus (AD 169) |
| Kultursystem / Culture System | HEL 299 Zellen / cells |
| Präparation / Preparation | infizierte Zellen und Zellkulturmedium (konzentriert und gereinigt) infected cells and culture fluid (concentrated and purified) |
| Inaktivierung / Inactivation | Hitzebehandlung für 30 min bei 56°C Heat treatment for 30 min at 56°C |
| Konservierung / Preservation | 0,01 % Thiomersal / 0.01 % thiomersal |
| Lagerung / Storage | 2 °C - 8 °C |
| Rekonstitution / Reconstitution | 1 ml Aqua dest. |
| Gebrauchsverdünnung / Working Dilution | 1:8 |



Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion\Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de
 FB-IV-047 E