

# Analysenzertifikat

## Certificate of Analysis

**SERION ELISA AI control 1**

### Röteln/Rubella IgG

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS129G1 (CM0219)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS129G1 (CM0203)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL129G1 (CM0202)
IFU-Version / IFU version	8-19/07-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2021-12
Verfallsdatum / Expiry Date	2023-12-31
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	49,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	253 mg/L
Q(Alb)	$5,16 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	12,60 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	30,0 mg/L
Q(IgG)	$2,38 \times 10^{-3}$

virion \ serion

Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution	Serum / Serum 1:400	Liquor / CSF 1:2
Alter des Patienten / Age of the patient	35 Jahre / years	
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 1	
Zielwertbereich / Target Range	AI $\geq 0,6$ - $\leq 1,4$	
Versions-Nr. / Version No.	2021 / 12 - 1	



Hersteller / Manufacturer:  
 Institut Virion\Serion GmbH  
 Friedrich-Bergius-Ring 19  
 D-97076 Würzburg  
 Germany  
 Tel. +49 931 3045 0  
 Fax +49 931 3045 100  
 E-Mail: info@virion-serion.de  
 Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration