



virion\serion

## Analysenzertifikat Certificate of Analysis

### SERION ELISA *control* Enterovirus IgG

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnr. / Article No.           | BC133G                       |
| Chargen-Nr. / Lot No.              | C00027                       |
| IFU-Version / IFU version          | 7-23/01-1                    |
| Herstelldatum / Manufacturing Date | 2023-01                      |
| Verfallsdatum / Expiry Date        | 2025-01-31                   |
| Zielwert / Target value            | 37,3 U/ml                    |
| Zielwertbereich / Target Range     | 18,7 U/ml bis / to 74,6 U/ml |
| Versions-Nr. / Version No.         | 2023 / 02 - 1                |



#### Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /

Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /

Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)

Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

FB-IV-160 T