

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA AI control 1

Borrelia burgdorferi IgG

virion \ serion

| | |
|---|-------------------------|
| Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot) | CLS121G1 (C00052) |
| Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot) | BCS121G1 (C00051) |
| Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot) | BCL121G1 (CN0058) |
| IFU-Version / IFU version | 10-23/01-1 |
| Herstelldatum / Manufacturing Date | 2023-03 |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2024-04-30 |
| Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin | 40,0 g/L |
| Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin | 500 mg/L |
| Q(Alb) | 12,5 x 10 ⁻³ |
| Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG | 6,90 g/L |
| Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG | 60,0 mg/L |
| Q(IgG) | 8,70 x 10 ⁻³ |

| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution | Serum / Serum 1:400 | Liquor / CSF 1:2 |
| Alter des Patienten / Age of the patient | 25 Jahre / years | |
| Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value | AI 1 | |
| Zielwertbereich / Target Range | AI ≥ 0,6 - ≤ 1,4 | |
| Versions-Nr. / Version No. | 2023 / 03 - 1 | |
| gültig ab SERION ELISA classic Kitcharge (Prüfdatum) / valid from SERION ELISA classic lot (date of control) | E00040 (08.03.2023) | |



Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion \ Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA *classic* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

FB-IV-164 R