

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA AI control 1

Varicella Zoster Virus IgG

virion \ serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS104G1 (C00108)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS104G1 (C00103)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL104G1 (C00102)
IFU-Version / IFU version	10-23/01-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2023-05
Verfallsdatum / Expiry Date	2025-05-31
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	38,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	340 mg/L
Q(Alb)	$8,95 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	9,30 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	60,0 mg/L
Q(IgG)	$6,45 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution	Serum / Serum 1:400	Liquor / CSF 1:2
Alter des Patienten / Age of the patient	90 Jahre / years	
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 1	
Zielwertbereich / Target Range	AI $\geq 0,6$ - $\leq 1,4$	
Versions-Nr. / Version No.	2023 / 05 - 1	



Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion\Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

FB-IV-164 R