



virion\serion

Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA *control* Helicobacter pylori IgG

Artikelnr. / Article No.	BC118G
Chargen-Nr. / Lot No.	C00120
IFU-Version / IFU version	7-23/01-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2023-06
Verfallsdatum / Expiry Date	2025-06-30
Zielwert / Target value	142 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	70,8 U/ml bis / to 283 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2023 / 06 - 1



Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /
Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /
Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: info@virion-serion.de

Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-160 T