



virion\serion

Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA *control* Herpes Simplex Virus 1/2 IgM

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnr. / Article No. | BC105M |
| Chargen-Nr. / Lot No. | C00079 |
| IFU-Version / IFU version | 7-23/01-1 |
| Herstelldatum / Manufacturing Date | 2023-05 |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2025-05-31 |
| Zielwert / Target value | 85,8 U/ml |
| Zielwertbereich / Target Range | 42,9 U/ml bis / to 171 U/ml |
| Versions-Nr. / Version No. | 2023 / 05 - 1 |



Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /
Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /
Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: info@virion-serion.de

Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-160 T