

Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA AI control 2

Borrelia burgdorferi IgM

virion \ serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS121M2 (CP0099)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS121M2 (CP0083)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL121M2 (CP0082)
IFU-Version / IFU version	11-24/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2024-06
Verfallsdatum / Expiry Date	2026-06-30
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	30,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	160 mg/L
Q(Alb)	$5,33 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgM / Total Serum IgM	0,700 g/L
Gesamt Liquor IgM / Total Liquor IgM	1,0 mg/L
Q(IgM)	$1,43 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution	Serum / Serum 1:400	Liquor / CSF 1:2
Alter des Patienten / Age of the patient	20 Jahre / years	
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 3,06	
Zielwertbereich / Target Range	AI $\geq 1,84$ - $\leq 4,29$	
Versions-Nr. / Version No.	2024 / 07 - 1	



Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

FB-IV-164 T