



Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA *control* Candida antigen

Artikelnr. / Article No.	BC200
Chargen-Nr. / Lot No.	CQ0031
IFU-Version / IFU version	8-24/04-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2025-02
Verfallsdatum / Expiry Date	2027-02-28
Anwendung / Application	Gebrauchsfertig, bitte nicht kochen / Ready to use, please do not boil
Zielwert / target value	9,16 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	4,58 U/ml bis / to 18,3 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2025 / 02 - 1



Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA classic/antigen Chargen-ID
(Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION
ELISA classic/antigen lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /

Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /

Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-203 H