

Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA AI control 1

Varicella Zoster Virus IgG

virion\serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS104G1 (CQ0053)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS104G1 (CQ0045)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL104G1 (CQ0044)
IFU-Version / IFU version	11-24/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2025-04
Verfallsdatum / Expiry Date	2027-04-30
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	35,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	310 mg/L
Q(Alb)	8,86 x 10 ⁻³
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	8,05 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total CSF IgG	37,30 mg/L
Q(IgG)	4,63 x 10 ⁻³

Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution	Serum / Serum 1:400	Liquor / CSF 1:2
Alter des Patienten / Age of the patient	75 Jahre / years	
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 1	
Zielwertbereich / Target Range	AI ≥ 0,6 - ≤ 1,4	
Versions-Nr. / Version No.	2025 / 04 - 1	

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA

classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration



Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de