



virion\serion

## Analysenzertifikat Certificate of Analysis

### SERION ELISA *control* Epstein-Barr Virus EBNA1 IgG

Artikelnr. / Article No.	BC1362G
Chargen-Nr. / Lot No.	CQ0124
IFU-Version / IFU version	10-25/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2027-09
Verfallsdatum / Expiry Date	2027-09-30
Zielwert / Target value	16,5 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	8,26 U/ml bis / to 33 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2025 / 09 - 1



#### Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /

Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /

Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)

Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

FB-IV-160 V