



Analysezertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA Avidity Control Rubella Virus

Best.-Nr. / Ordner No.	BR129AVID
Chargen-Nr. / Lot No.	CR0032
IFU-Version / IFU version	7-25/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2026-03
Verfallsdatum / Expiry Date	2036-03-31
Zielwert (SERION Aviditätsindex) / Target Value SERION Avidity Index	17,7 %
Zielbereich (SERION Aviditätsindex) / Target Range (SERION Avidity Index)	8,9 % bis / to 26,5 %
Rekonstitution / Reconstitution	0,1 ml Aqua dest.
Serumverdünnung / Serum Dilution	1 + 100
Versions-Nr. / Version No.	2026 / 03 - 1



Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /

Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /

Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-146 F