



virion\serion

## Analysenzertifikat Certificate of Analysis

### SERION ELISA *control* Chikungunya Virus IgG

Artikelnr. / Article No.	BC148G
Chargen-Nr. / Lot No.	CR0030
IFU-Version / IFU version	10-25/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2026-03
Verfallsdatum / Expiry Date	2028-03-31
Zielwert / Target value	36,1 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	18,1 U/ml bis / to 72,1 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2026 / 04 - 1



#### Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /  
Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /  
Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 3045 0  
Fax +49 931 3045 100  
E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)  
Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

FB-IV-160 V