

Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA *control* CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM

Artikelnr. / Article No.	BC1372M
Chargen-Nr. / Lot No.	SHG.DC
Verfallsdatum / Expiry Date	2018-08
Zielwert / Target value	25,0 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	12,5 U/ml bis / to 49,9 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2018 / 01 - 1
gültig ab SERION ELISA classic Kitcharge / valid from SERION ELISA classic lot	SAI.BR



Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) /
Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA *control*

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei
Januar

/ Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010

/ Third Digit: Year of Production starting with 2010

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: dialog@virion-serion.de

Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-160 J