

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

virion\serion

SERION ELISA AI control 1 RÖTELN VIRUS / RUBELLA VIRUS IgG

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS129G1 (SKI.BK)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS129G1 (SKI.AA)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL129G1 (SKI.AB)
Herstelldatum / Manufacturing Date	2018-10
Verfallsdatum / Expiry Date	2020-10
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	50,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	200 mg/L
Q(Alb)	4×10^{-3}
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	18,20 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	30,0 mg/L
Q(IgG)	$1,65 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 1,00
Zielwertbereich / Target Range	AI \geq 0,60 und / and \leq 1,40
Versions-Nr. / Version No.	2018 / 10 - 1

Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA control

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar / Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Third Digit: Year of Production starting with 2010



Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de
FB-IV-164 H