

Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA *control* MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA

Artikelnr. / Article No.	BC127A		
Chargen-Nr. / Lot No.	SKI.DL		
Herstelldatum / Manufacturing Date	2018-10		
Verfallsdatum / Expiry Date	2020-10		
Zielwert / Target value	28,9 U/ml		
Zielwertbereich / Target Range	14,5 U/ml	bis / to	57,7 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2018 / 10 - 1		



Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) /
Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA *control*

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei
Januar

/ Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010

/ Third Digit: Year of Production starting with 2010

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: info@virion-serion.de

Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-160 M