

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

SERION ELISA control
TOXOPLASMA GONDII IgG

Artikelnr. / Article No.	BC110G
Chargen-Nr. / Lot No.	SAK.AQ
Herstelldatum / Manufacturing Date	2019-01
Verfallsdatum / Expiry Date	2021-01
Zielwert / Target value	93,4 IU/ml
Zielwertbereich / Target Range	46,8 IU/ml bis / to 186 IU/ml
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 02 - 1



Bitte beachten / Please note
 Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) /
 Format of lot ID (letter "J" not used)
 Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA control
 Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei
 Januar
 / Second Digit: Month of Production starting with January
 Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010
 / Third Digit: Year of Production starting with 2010

Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion\Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-160 M