

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA AI control **2**

BORRELIA BURGDORFERI IgM

virion\serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS121M2 (SBK.BX)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS121M2 (SBK.BN)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL121M2 (SII.AB)
Herstelldatum / Manufacturing Date	2018-09
Verfallsdatum / Expiry Date	2020-09
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	40,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	255 mg/L
Q(Alb)	$6,38 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgM / Total Serum IgM	0,30 g/L
Gesamt Liquor IgM / Total Liquor IgM	0,62 mg/L
Q(IgM)	$2,00 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 3,95
Zielwertbereich / Target Range	AI \geq 2,37 und / and \leq 5,53
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 02 - 1

Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA control

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar / Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Third Digit: Year of Production starting with 2010



Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de
FB-IV-164 H