

# Analysenzertifikat

## Certificate of Analysis

**SERION ELISA AI control 2**

**VARICELLA-ZOSTER VIRUS IgG**

virion\serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS104G2 (SBK.DV)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS104G2 (SBK.AW)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL104G2 (SBK.AX)
Herstelldatum / Manufacturing Date	2019-02
Verfallsdatum / Expiry Date	2021-02
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	65,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	200 mg/L
Q(Alb)	$3,08 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	13,00 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	27,0 mg/L
Q(IgG)	$2,08 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 3,85
Zielwertbereich / Target Range	AI $\geq$ 2,31 und / and $\leq$ 5,39
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 02 - 1

Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA control

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar / Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Third Digit: Year of Production starting with 2010



Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 3045 0  
Fax +49 931 3045 100  
E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)  
Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)  
FB-IV-164 H