

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA AI control **2**

BORRELIA BURGDORFERI IgG

virion \ serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS121G2 (SBK.DU)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS121G2 (SBK.AZ)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL121G2 (SBK.BA)
Herstelldatum / Manufacturing Date	2019-02
Verfallsdatum / Expiry Date	2021-02
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	70,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	195 mg/L
Q(Alb)	$2,79 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	19,00 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	55,0 mg/L
Q(IgG)	$2,89 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 6,62
Zielwertbereich / Target Range	AI \geq 3,98 und / and \leq 9,26
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 02 - 1

Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA control

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar / Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Third Digit: Year of Production starting with 2010



Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de
FB-IV-164 H