

## Analysenzertifikat Certificate of Analysis

### SERION ELISA *control* HELICOBACTER PYLORI IgM

Artikelnr. / Article No.	BC118M		
Chargen-Nr. / Lot No.	SGH.BK		
Herstelldatum / Manufacturing Date	2017-07		
Verfallsdatum / Expiry Date	2019-07		
Zielwert / Target value	46,3 U/ml		
Zielwertbereich / Target Range	23,2 U/ml	bis / to	92,5 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 04 - 1		
gültig ab SERION ELISA classic Kitcharge / valid from SERION ELISA classic lot	SDK.DI		



Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) /  
Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA *control*

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei  
Januar

/ Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010

/ Third Digit: Year of Production starting with 2010

Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion \ Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 3045 0  
Fax +49 931 3045 100  
E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)  
Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

FB-IV-160 M