

# Analysenzertifikat

## Certificate of Analysis

virion \ serion

### SERION ELISA AI control 1

### MASERN VIRUS / MEASLES / ROUGEOLE IgG

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS102G1 (CK0013)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS102G1 (CK0008)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL102G1 (CK0009)
Herstelldatum / Manufacturing Date	2019-06
Verfallsdatum / Expiry Date	2021-05
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	32,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	220 mg/L
Q(Alb)	$6,88 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	6,60 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	32,8 mg/L
Q(IgG)	$4,97 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 1
Zielwertbereich / Target Range	AI $\geq$ 0,60 und / and $\leq$ 1,40
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 06 - 1

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration



Hersteller / Manufacturer:  
 Institut Virion\Serion GmbH  
 Friedrich-Bergius-Ring 19  
 D-97076 Würzburg  
 Germany  
 Tel. +49 931 3045 0  
 Fax +49 931 3045 100  
 E-Mail: info@virion-serion.de  
 Internet: www.virion-serion.de  
 FB-IV-164 I