

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA *control*

EPSTEIN-BARR VIRUS EA IgG

Artikelnr. / Article No.	BC1363G
Chargen-Nr. / Lot No.	CK0031
Herstelldatum / Manufacturing Date	2019-06
Verfallsdatum / Expiry Date	2021-06
Zielwert / Target value	34,7 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	17,4 U/ml bis / to 69,3 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 07 - 1



Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /

Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /

Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion\Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-160 N