

Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA *control* EPSTEIN-BARR VIRUS VCA IgM

Artikelnr. / Article No.	BC1361M
Chargen-Nr. / Lot No.	SMI.CV
Herstelldatum / Manufacturing Date	2018-12
Verfallsdatum / Expiry Date	2020-12
Zielwert / Target value	45,8 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	22,9 U/ml bis / to 91,5 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 07 - 1
gültig ab SERION ELISA <i>classic/antigen</i> Charge / valid from SERION ELISA <i>classic/antigen</i> lot	EK0056



Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /
Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /
Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: info@virion-serion.de

Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-160 N