

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA AI control 2

HERPES SIMPLEX VIRUS 1/2 IgG

virion \ serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS105G2 (CK0046)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS105G2 (CK0037)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL105G2 (CK0036)
IFU-Version / IFU version	8-19/07-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2019-07
Verfallsdatum / Expiry Date	2021-07-31
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	65,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	125 mg/L
Q(Alb)	$1,92 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	20,00 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	35,0 mg/L
Q(IgG)	$1,75 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 3,1
Zielwertbereich / Target Range	AI \geq 1,86 und / and \leq 4,34
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 07 - 1



Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion \ Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration