

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION KBR Antigen / CFT Antigen COXIELLA BURNETII PHASE 2

| | |
|--|--|
| Best.-Nr. / Order No. | 1123 |
| Chargen-Nr. / Lot No. | SAI.CH |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2028-01 |
| Antigen / Antigen | Coxiella burnetii (Nine Mile) |
| Kultursystem / Culture System | bebrütete Hühnereier incubated hen's eggs |
| Präparation / Preparation | Coxiella burnetii Zellbestandteile (konzentriert und gereinigt) Coxiella burnetii cellular components (concentrated and purified) |
| Inaktivierung / Inactivation | Behandlung mit 0,5 % Formalin treatment with 0.5 % formalin |
| Konservierung / Preservation | 0,01 % Thiomersal / 0.01 % thiomersal |
| Lagerung / Storage | 2 °C - 8 °C |
| Rekonstitution / Reconstitution | 1 ml Aqua dest. |
| Gebrauchsverdünnung / Working Dilution | 1:8 |



Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion\Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: dialog@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de