

# Analysenzertifikat

## Certificate of Analysis

**SERION KBR Zusatzreagenz** / CFT Supplementary Reagent  
**KOMPLEMENT** / COMPLEMENT

Best.-Nr. / Order no.	9001
Chargen-Nr. / Lot no.	SDI.EM
Verfallsdatum / Expiry Date	2028-04
Material / Material	Lyophilisiert mit Kaliumsulfat (2,5 %) und Borsäure (1%) zur Stabilisierung Lyophilized with potassium sulphate (2.5 %) and boric acid (1 %) for stabilization
Rekonstituierung / Reconstitution	1 ml Aqua dest.
Gebrauchsverdünnung / Working Dilution	Siehe Etikett / see label



Hersteller / Manufacturer:  
 Institut Virion\Serion GmbH  
 Friedrich-Bergius-Ring 19  
 D-97076 Würzburg  
 Germany  
 Tel. +49 931 3045 0  
 Fax +49 931 3045 100  
 E-Mail: [dialog@virion-serion.de](mailto:dialog@virion-serion.de)  
 Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)