

# Analysenzertifikat

## Certificate of Analysis

**SERION ELISA AI control 1**

**HERPES SIMPLEX VIRUS 1/2 IgG**

virion \ serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS105G1 (CK0112)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS105G1 (CK0096)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL105G1 (CK0097)
IFU-Version / IFU version	8-19/07-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2019-09
Verfallsdatum / Expiry Date	2021-09-30
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	44,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	425 mg/L
Q(Alb)	9,66 x 10 <sup>-3</sup>
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	6,60 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	49,5 mg/L
Q(IgG)	7,5 x 10 <sup>-3</sup>

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 1
Zielwertbereich / Target Range	AI ≥ 0,60 und / and ≤ 1,40
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 10 - 1



Hersteller / Manufacturer:  
 Institut Virion \ Serion GmbH  
 Friedrich-Bergius-Ring 19  
 D-97076 Würzburg  
 Germany  
 Tel. +49 931 3045 0  
 Fax +49 931 3045 100  
 E-Mail: info@virion-serion.de  
 Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

FB-IV-164 L