



virion\serion

## Analysenzertifikat Certificate of Analysis

### SERION ELISA *control* YERSINIA IgG

Artikelnr. / Article No.	BC138G
Chargen-Nr. / Lot No.	CK0107
IFU-Version / IFU version	4-19/07-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2019-10
Verfallsdatum / Expiry Date	2021-10-31
Zielwert / Target value	48,9 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	24,5 U/ml bis / to 97,7 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 11 - 1



#### Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /  
Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /  
Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)

Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

FB-IV-160 0